

Zakresy wzorcowań

Zakres wzorcowań objęty akredytacją PCA:

Laboratorium wykonuje akredytowane wzorcowania w ramach AP 081 w zakresie

[>>>](#)

Zakres wzorcowań nie objęty akredytacją PCA:

Przyrządy do pomiaru ciśnienia, objętości i przepływu płynów

- Sprężynowe ciśnieniomierze użytkowe i kontrolne do $0 \div 6$ MPa
- Pływakowe mierniki objętości mleka 20 l
- Zbiorniki pomiarowe $5 \text{ m}^3 \div 20\,000 \text{ m}^3$
- Instalacje pomiarowe do cieczy innych niż woda:

a. Kolby metalowe II rzędu $2 \text{ dm}^3 \div 1000 \text{ dm}^3$

Przyrządy do pomiaru masy

- Wagi nieautomatyczne klasy I:
 - a. Analityczne do 5000 g
- Wagi nieautomatyczne klasy II, III, IIII do 30 000 kg