

Okręgowy Urząd Miar w Warszawie

<https://warszawa.gum.gov.pl/umw/wydzialy-zamiejscowe/siedlce/uslugi-m/w14/1712,Zakres-wzorcowan-objety-akredytacja-PCA.html>
2021-10-21, 10:33

Zakres wzorcowań objęty akredytacją PCA:

Laboratorium wykonuje akredytowane wzorcowania w ramach AP 081 w zakresie [>>>](#)

Zakres wzorcowań nie objęty akredytacją PCA:

Przyrządy do pomiaru długości i kąta

 płytki wzorcowe 0,5 ÷ 100 mm

Przyrządy do pomiaru ciśnienia, objętości i przepływu płynów

 Sprężynowe ciśnieniomierze użytkowe i kontrolne do 0 ÷ 6 MPa

 Pływakowe mierniki objętości mleka 20 l

 Zbiorniki pomiarowe 5 m³ ÷ 20 000 m³

 Instalacje pomiarowe do cieczy innych niż woda:

- a. odmierzacze paliw ciekłych 5 dm³/min ÷ 160 dm³/min
- b. instalacje do paliw ciekłych 50 dm³/min ÷ 1200 dm³/min
- c. instalacje do cieczy spożywczych 50 dm³/min ÷ 500 dm³/min
- d. Kolby metalowe II rzędu 2 dm³ ÷ 1000 dm³

Przyrządy do pomiaru masy

 Odważniki klasy F₂, M₁ i M₂ 1 mg ÷ 25 kg, 500 kg, 1000 kg, 2000 kg

 Wzorce masy o dokładności F₂, M₁ i M₂ 1 mg ÷ 25 kg, 500 kg, 1000 kg, 2000 kg

 Wagi nieautomatyczne klasy I:

- a. Analityczne do 5000 g

 Wagi nieautomatyczne klasy II, III, IIII do 30 000 kg