

WZ w Zamościu nie wykonuje wzorcowań objętych zakresem akredytacji PCA

Zakres akredytowanych wzorcowania AP 081 [>>>](#)

Zakres wzorcowań nie objęty akredytacją PCA:

Przyrządy do pomiaru ciśnienia, objętości i przepływu płynów

- Ciśnieniomierze użytkowe i kontrolne - od 0,1 do 60MPa
- Manometry do pomiaru ciśnienia w ogumieniu pojazdów - do 16bar
- Pływakowe mierniki objętości mleka - do 20dm³
- Zbiorniki pomiarowe
- Instalacje pomiarowe do ciągłego i dynamicznego pomiaru ilości cieczy innych niż woda:
 - a. do gazu ciekłego propan-butan, w tym gazu skroplonego(LPG) o maksymalnym strumieniu objętości Q_{max} nie większym niż 1000 dm³/min, w tym odmierzacze tych ciekłych
 - b. do mleka o maksymalnym strumieniu objętości Q_{max} nie większym niż 2000 dm³/min
 - c. do pozostałych cieczy innych niż woda o maksymalnym strumieniu objętości Q_{max} nie większym niż 6000 dm³/min, w tym odmierzacze paliw ciekłych i biopaliw ciekłych

Przyrządy do pomiaru masy

- Odważniki klasy F_2, M_1 i M_2 o wartościach nominalnych masy od 1 mg do 20 kg
- Wzorce masy o dokładności F_2, M_1 i M_2 o wartościach nominalnych masy od 1 mg do 25 kg

- Wagi nieautomatyczne:

- a. klasy dokładności I - analityczne

- b. klasy dokładności II, III, IIII, o zakresie pomiarowym do 6000 kg